

国控辐射环境空气自动监测月报

(2024年3月)

内蒙古自治区核与辐射监测中心编制

2024年内蒙古自治区辖区内共设有21个国控辐射环境空气自动监测站，涵盖了所有盟市及主要口岸，3月份21个国控辐射环境空气自动监测站，整体运行稳定，数据正常。国控辐射环境空气自动监测站实时获取 γ 辐射空气吸收剂量率均值范围为(73.5-113.4) nGy/h，处于本底涨落范围内，未见异常，具体数据见下表。

表 内蒙古自治区国控辐射环境空气自动监测站3月运行数据

序号	自动站编号	自动站名称	γ 辐射空气吸收剂量率(nGy/h)		
			最大值	最小值	平均值
1	0408A02	内蒙古环境监测中心站	108.7	103.3	105.9
2	0408A04	呼和浩特市环境监测站	96.8	88.8	93.3
3	0407A01	包头市九原区乌兰计站	110.6	106.9	108.3
4	0407A03	包头市青山区丰产道站	115.4	110.7	112.5
5	0404A05	通辽市经济开发区辽河大街站	81.8	76.8	79.4
6	0401A06	呼伦贝尔市扎兰屯路站	89.9	81.1	85.5
7	0401A07	呼伦贝尔市满洲里黄山街站	104.9	93.1	96.9
8	0409A07	乌兰察布市环保大楼站	98.7	92.3	95.1
9	0412A08	阿拉善盟安德北街站	98.3	93.7	95.5
10	0410A09	乌海市新海东街站	90.4	85.4	87.4
11	0406A10	巴彦淖尔市新华西街站	96.8	92.6	94.1
12	0411A11	鄂尔多斯市文化东路站	86.4	80.2	82.3
13	0407A12	包头市建华南路站	105.2	101.1	102.6
14	0405A13	赤峰市天义路站	98.3	94.8	96.5
15	0409A14	乌兰浩特市圣山街站	92.9	88.6	90.9
16	0403A15	锡林浩特市阿巴嘎大街	86.7	80.9	83.3
17	0403A16	二连浩特市恐龙大街站	75.5	71.3	73.5
18	0403A18	锡林郭勒盟乌珠穆沁大路站	91.6	85.6	88.2
19	0402A19	兴安盟阿尔山口岸站	120.6	109.5	113.4
20	0412A20	阿拉善盟策克口岸站	97.8	93.3	95.8
21	0407A21	乌拉特中旗甘其毛都口岸站	90.1	86.0	88.0

备注：

编制人：黄晨 黄晨

审核：李鑫 李鑫