

# 国控辐射环境空气自动监测月报

(2024年4月)

内蒙古自治区核与辐射监测中心编制

2024年内蒙古自治区辖区内共设有21个国控辐射环境空气自动监测站，涵盖了所有盟市及主要口岸，4月份21个国控辐射环境空气自动监测站，整体运行稳定，数据正常。国控辐射环境空气自动监测站实时获取 $\gamma$ 辐射空气吸收剂量率均值范围为(72.9-118.8) nGy/h，处于本底涨落范围内，未见异常，具体数据见下表。

表 内蒙古自治区国控辐射环境空气自动监测站4月运行数据

序号	自动站编号	自动站名称	$\gamma$ 辐射空气吸收剂量率(nGy/h)		
			最大值	最小值	平均值
1	0408A02	内蒙古环境监测中心站	109.3	104.9	106.8
2	0408A04	呼和浩特市环境监测站	99.6	93.6	96.3
3	0407A01	包头市九原区乌兰计站	112.5	107.0	109.3
4	0407A03	包头市青山区丰产道站	—	—	—
5	0404A05	通辽市经济开发区辽河大街站	84.0	77.9	79.9
6	0401A06	呼伦贝尔市扎兰屯路站	86.8	81.4	84.0
7	0401A07	呼伦贝尔市满洲里黄山街站	102.7	97.6	99.9
8	0409A07	乌兰察布市环保大楼站	104.9	96.4	98.7
9	0412A08	阿拉善盟安德北街站	97.5	93.8	95.2
10	0410A09	乌海市新海东街站	89.6	84.5	86.6
11	0406A10	巴彦淖尔市新华西街站	95.2	92.3	93.7
12	0411A11	鄂尔多斯市文化东路站	86.6	80.2	81.8
13	0407A12	包头市建华南路站	107.1	100.8	102.7
14	0405A13	赤峰市天义路站	99.3	94.5	96.3
15	0409A14	乌兰浩特市圣山街站	91.9	88.4	90.4
16	0403A15	锡林浩特市阿巴嘎大街	85.2	81.5	83.6
17	0403A16	二连浩特市恐龙大街站	74.6	71.2	72.9
18	0403A18	锡林郭勒盟乌珠穆沁大路站	91.4	86.8	89.6
19	0402A19	兴安盟阿尔山口岸站	121.5	113.4	118.8
20	0412A20	阿拉善盟策克口岸站	96.7	92.4	95.2
21	0407A21	乌拉特中旗甘其毛都口岸站	89.7	84.5	87.3

备注：包头市青山区丰产道站电离室故障

编制人：黄晨

审核：李鑫